
扩增效率测试

MD2091 体系扩增效率测试

◇ 实验条件：

产品货号	MD2091	体系	HBV 检测体系
模板	HBV 阳性血浆，加量 25%	模板浓度	1.6×10^3、1.6×10^4、1.6×10^5、1.6×10^6和 1.6×10^7 IU/mL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		

HBV 阳性血浆：1.6×10^3、1.6×10^4、1.6×10^5、1.6×10^6和 1.6×10^7 IU/mL。各浓度 HBV 阳性血浆无需预处理，按 25%加样量直接加入反应体系进行扩增。



斜率	相关系数	扩增效率
-3.34504	0.99967	99.045%