

扩增效率测试

M5134 体系扩增效率测试

◇ **实验条件：**

产品货号	M5134	**体系**	人总 RNA 单重检测体系
模板	人总 RNA 纯化模板	**模板浓度**	2320、232、23.2、2.32、0.232 pg/μL
程序	50℃ 15min；95℃ 1min；50 Cycles（95℃ 15s，56℃ 45s）		





斜率	相关系数	扩增效率
-3.56732	0.99948	90.688%