PFM5071-O25

测试：人基因组纯化模板四重检测体系加速稳定性(45℃)加速验证

◇ 冻干条件：

步骤	温度	时长	状态	压强
预冻	4℃	30 min	Hold	1 atm
	-50℃	60 min	降温	
	-50℃	180 min	Hold	
一次升华	-30℃	60 min	升温	极限真空
	-30℃	720 min	Hold	
二次升华	25℃	60 min	升温	极限真空
	25℃	300 min	Hold	

◇ 实验条件：

产品货号	FM5071	**体系**	人基因组四重检测体系
模板	人基因组纯化模板	**模板浓度**	2.5、25、250 pg/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		

注：对照组为冻干试剂相同批次的液体试剂即时配制，冻干试剂出箱后铝箔袋真空包装，45℃加速。

45℃加速 90 天▼







