
FM5071 冻融稳定性评价

实验条件：


产品货号	FM5071	体系	人基因组四重检测体系
模板	人基因组模板	模板浓度	0.125、0.0125、0.00125 ng/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 15s，55℃ 40s）		

测试方法：将预混液冻融 5、10、15、20 次。以 0 次冻融为对照，进行扩增测试。


冻融 5 次




冻融 10 次



冻融 15 次


Fam
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 15 次
Vic
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 15 次
Rox
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 15 次
Cy5
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 15 次

冻融 20 次


Fam
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 20 次
Vic
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 20 次
Rox
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 20 次
Cy5
FM5071 冻融 0 次
FM5071 冻融 20 次