FM5071 加速稳定性评价

实验条件：

产品货号	FM5071	**体系**	人基因组四重检测体系
模板	人基因组模板	**模板浓度**	0.125、0.0125、0.00125 ng/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 15s，55℃ 40s）		

测试方法：将预混液置于 37℃加速 7d、14d。以同一体系-20℃放置试剂为对照，进行扩增测试。

