常规 qPCR 试剂-预混液类

产品加速稳定性测试

◇ 实验条件：

产品货号	M2071	体系	人基因组检测体系
模板	人基因组 DNA 模板样本	模板浓度	0.125、0.0125、0.00125ng/μl
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		

测试方法：将预混液试剂置于 37℃分别加速 7 天和 14 天。以同一体系的即时配制工作液作为对照，进行扩增测试。

