
猴痘假病毒检出率

◇ 实验条件：

产品货号	M2071	体系	猴痘假病毒双重检测体系
模板	猴痘假病毒质控样纯化模板	模板浓度	0.2copies/μL
程序	50℃，2min；95℃，3min；45Cycles（95℃，10s；58℃，30s）		

◇ 实验结果：



模板名称	目的片段	平均Ct值	检出数	检出率
猴痘假病毒纯化模板	靶标	35.93	21/22	95.5%
	内标	35.28	22/22	100%