
扩增效率测试

M2071 体系扩增效率测试

实验条件：

产品货号	M2071	体系	人基因组单重检测体系
模板	人基因组纯化模板	模板浓度	1250、125、12.5、1.25、0.125pg/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		



斜率	相关系数	扩增效率
-3.37678	0.99921	97.761%