
MD2071 直扩测试（HBV 血浆）

◇**实验条件：**

体系	HBV 检测体系	**程序**	50℃ 2min；95℃ 1min；50 Cycles（95℃ 1s，60℃ 5s）；23min 完成扩增
模板	血浆 HBV 模板	**模板浓度**	0.6、1.、10、100IU/T
模板加量	反应总体积 25%加样量，直接加入反应体系		



HBV 扩增曲线