MD2071 冻融稳定性

◇ 实验条件：

产品货号	MD2071	体系	人基因组四重检测体系
模板	人基因组模板	模板浓度	0.125、0.0125、0.00125ng/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		

测试方法：将 buffer、酶分别反复冻融 5 次、10 次、15 次、20 次后以冻融 0 次的 buffer 和酶作为对照，与引物探针混合配制成工作液，进行扩增测试。

