MD2071 37℃加速稳定性

◇ 实验条件：

产品货号	MD2071	体系	人基因组四重检测体系
模板	人基因组模板	模板浓度	0.125、0.0125、0.00125ng/μL
程序	50℃ 2min；95℃ 5min；50 Cycles（95℃ 10s，55℃ 40s）		

测试方法：将 buffer、酶置于 37℃加速 7 天和 14 天，与引物探针混合配制成工作液，以同一体系的即时配制工作液作为对照，进行扩增测试。

